



Data: 25/2/2025

Referència: 2025014

AR

RETIRADA DEL MERCAT

Problema de seguretat relacionat amb la detecció d'unitats falsificades de preservatius DUREX en el mercat Espanyol.

Tipus d'alerta: **Altres**

Tipus de producte: **Producte sanitari**

* Oficines de farmàcia * Magatzems de distribució farmacèutica * Col·legis de farmacèutics * Agència
Catalana de Consum * Organitzacions de consumidors i usuaris *

Us fem arribar adjunta l'alerta sanitària emesa pel Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària en relació amb la detecció d'unitats falsificades de preservatius DUREX en el mercat Espanyol.

Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques



ALERTA FARMACÈUTICA SOBRE PRODUCTES SANITARIS

PROBLEMA DE SEGURETAT RELACIONAT AMB LA DETECCIÓ D'UNITATS FALSIFICADES DE PRESERVATIUS DUREX EN EL MERCAT ESPANYOL

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha tingut coneixement de la venda d'unitats falsificades de varis models de preservatius de la marca Durex en un establiment comercial de Barcelona. L'empresa Reckitt Healthcare, S.A., distribuïdor de la marca en Espanya, ha confirmat que els productes no són genuïns perquè utilitzen números de lot obsolets i de forma repetida en varis models.

En la següent taula es mostra la relació dels models i lots afectats. La forma d'identificar aquests productes és comprovant el lot i la data de caducitat marcats en la base del cartonatge.

PRODUCTES AFECTATS

Producte falsificat	Model	Número de lot i data de caducitat
	Classic	Lot 0010471127
	Elite	Lot 0010471127 Caducitat 2028-02

ALERTA FARMACÈUTICA SOBRE PRODUCTES SANITARIS

PROBLEMA DE SEURETAT RELACIONAT AMB LA DETECCIÓ D'UNITATS FALSIFICADES DE PRESERVATIUS DUREX EN EL MERCAT ESPANYOL

Producte falsificat	Model	Número de lot i data de caducitat
	Excita Ribbed	Lot 0010471127 Caducitat 2028-02
	Extra Safe presentació 3 unitats	Lot 0010471127 Caducitat 2028-02
	Jeans	Lot 0010471127 Caducitat 2028-02

ALERTA FARMACÈUTICA SOBRE PRODUCTES SANITARIS

PROBLEMA DE SEURETAT RELACIONAT AMB LA DETECCIÓ D'UNITATS FALSIFICADES DE PRESERVATIUS DUREX EN EL MERCAT ESPANYOL

Producte falsificat	Model	Número de lot i data de caducitat
	Mutual Climax	Lot 0010471127 Caducitat 2028-02
	Extra Safe presentació de 12 unitats	Lot 1000483808 Caducitat 2028-02
	Tickle Me	Lot 1000408758 Caducitat 2028-02
	Together	Lot 1000587102 Caducitat 2023-03 2028-02

ALERTA FARMACÈUTICA SOBRE PRODUCTES SANITARIS

PROBLEMA DE SEGURETAT RELACIONAT AMB LA DETECCIÓ D'UNITATS FALSIFICADES DE PRESERVATIUS DUREX EN EL MERCAT ESPANYOL

RECOMANACIONS ALS USUARIS

- Si disposeu de preservatius Durex d'algun d'aquests models, comproveu el lot i la caducitat que impresos en la base del cartonatge.
- Si el lot i caducitat coincideix amb algun dels productes de la taula anterior:
 - No els feu servir.
 - Informeu a aquest Servei, a través del correu electrònic controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, incloent les dades de l'establiment on els hàgiu adquirit.

RECOMANACIONS ALS DISTRIBUIDORS I ESTABLIMENTS DE VENDA

- Verifiqueu si disposeu d'alguns d'aquests models de preservatius Durex amb el lot i la data de caducitat impresos en la base del cartonatge. Si en disposeu:
 - Deixeu, de manera immediata de distribuir-los i retireu-los de la venda.
 - Informeu a aquest Servei, a través del correu electrònic controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, incloent les dades de l'empresa que us els hagi subministrat.
- Si disposeu de preservatius Durex d'altres models i lots que presentin característiques que us facin sospitar que es pot tractar d'un producte falsificat, contacteu amb el distribuïdor a l'Estat espanyol del fabricant Reckitt Benckiser Healthcara SA, per mitjà del telèfon 900455467.

Si teniu coneixement d'un incident relacionat amb l'ús d'aquest producte sanitari, notifiqueu-ho a través del portal [NotificaPS](#)

El cap del servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris

	Salvador	2025.02.24
	Cassany Pou	15:58:13
Barcelona		+01'00'